

ANNEX III
EMENDI GĦAS-SEZZJONIJIET RILEVANTI TAS-SOMMARJU TAL-
KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT U L-FULJETT TA' TAGĦRIF

Nota: Dawn l-emendi għas-sommarju tal-karatteristiċi tal-
prodott u l-fuljett ta' tagħrif huma valida fiż-żmien tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni l-Awtoritajiet Kompetenti
Nazzjonali ser jaġġornaw l-informazzjoni dwar il-prodott kif
meħtieġ.

Tisseel u ismijiet assoċjati

A. Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

It-tibdil li jmiss għandu jsir fl-SmPC ta' Tisseel u ismijiet assoċjati:

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Il-kitba li jmiss għandha tiżdied f'din is-sezzjoni:

"L-użu ta' [PRODUCT NAME] hu ristrett għal kirurgi b'esperjenza li jkunu ġew imħarrġa fl-użu ta' [PRODUCT NAME]."

4.2.2 Mod ta' kif u mnejn jingħata

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja:

"Sabiex tiżgura l-aħjar użu sigur ta' [PRODUCT NAME] permezz ta' applikazzjoni ta' sprej, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu segwiti:

F'operazzjoni ta' ferita miftuħa - għandu jintuża tagħmir b'regolatur tal-pressjoni li jforni pressjoni massima ta' mhux iktar minn 2.0 bar (28.5 psi).

Fi proċeduri laparoskopici/minimament invażivi - tagħmir b'regolatur tal-pressjoni li jforni pressjoni massima ta' mhux iktar minn 1.5 bar (22 psi) u juża biss gass tal-carbon dioxide għandu jintuża.

Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

[PRODUCT NAME] għandu jiġi rrikostitwit u jingħata biss skont l-istruzzjonijiet u bit-tagħmir irrakkomandat għal dan il-prodott (ara sezzjoni 6.6).

Għall-applikazzjoni tal-isprej, ara sezzjonijiet 4.4 u 6.6 għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar il-pressjoni u d-distanza meħtieġa mit-tessut skont il-proċedura kirurġika u t-tul tat-trufijiet tal-applikatur."

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"Applika [PRODUCT NAME] bħala saff irqiġ. Fxuna eċċessiva tal-embolu tista' tinterferixxi b'mod negattiv mal-effikaċja tal-prodott u mal-proċess ta' fejqan tal-ferita.

Embolizmu tal-arja jew tal-gass ta' periklu għall-ħajja/fatali seħħ bl-użu ta' tagħmir tal-isprej li juża regolatur tal-pressjoni biex jingħataw siġillanti ta' fibrin. Dan l-avveniment jidher li hu assoċjat mal-użu tat-tagħmir tal-isprej fi pressjonijiet ogħla minn daww irrakkomandati fi prossimità għib ħafna tal-wiċċ tat-tessut. Ir-riskju jidher li hu ogħla meta siġillanti ta' fibrin jiġu sprejati mal-arja, meta mqabbla ma' CO₂ u għalhekk ma jistax jiġi eskluż ma' [Product Name] meta sprejati f'operazzjoni fuq ferita miftuħa.

Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni li tkun fil-medda tal-pressjoni rrakkomandata mill-manifattur tat-tagħmir tal-isprej (ara t-tabella f'sezzjoni 6.6 għal pressjonijiet u distanzi).

L-applikazzjoni ta' sprej ta' [PRODUCT NAME] għandha tintuża biss jekk ikun possibbli li tiqgħudika d-distanza tal-isprej b'mod preċiż kif irrakkomandat mill-manifattur. Tisprejjax eqreb mid-distanzi rrakkomandati.

Meta tisprejja [PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossigenu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minħabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' embolizmu tal-arja jew tal-gass (ara wkoll sezzjoni 4.2)."

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Applikazzjoni tal-isprej

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni u distanza mit-tessut li jkunu fil-meded irrakkomandati mill-manifattur kif ġej:

Pressjoni, distanza u tagħmir irrakkomandati għal applikazzjoni tal-isprej ta' [product name]					
<i>Kirurġija</i>	<i>Sett tal-isprej li jrid jintuża</i>	<i>Truf tal-applikatur li jridu jintużaw</i>	<i>Regolatur tal-pressjoni li jrid jintuża</i>	<i>Distanza rakkomandata mit-tessut fil-mira</i>	<i>Pressjoni rakkomandata tal-isprej</i>
<i>Ferita miftuħa</i>	<i>Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss</i>	<i>n.a.</i>	<i>EasySpray</i>	<i>10-15cm</i>	<i>1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi).</i>
	<i>Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss 10 pakketi</i>	<i>n.a.</i>	<i>EasySpray</i>		
<i>Proċeduri laparoskopici i/ minimament invażivi</i>	<i>n.a.</i>	<i>Applikatur Duplospray MIS 20 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>	<i>2 – 5 cm</i>	<i>1.2-1.5 bar (18-22 psi)</i>
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Applikatur Duplospray MIS 30 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Applikatur Duplospray MIS 40 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Tarf li jista' jinbidel</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		

Meta tisprejja l-[PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-dem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossigenu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minhabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' emboliżmu tal-arja jew tal-qass (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4)."

B. Fuljett ta' Tagħrif

It-tibdil li jmiss għandu jsir fil-fuljett ta' tagħrif ta' Tisseel u ismijiet assoċjati:

2. Qabel ma tuża [PRODUCT NAME]

Oqgħod attent ħafna bi [PRODUCT NAME]

Din is-sezzjoni tal-Fuljett ta' Taghrif għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

- **"Embolizmu tal-arja jew tal-gass fatali/ta' periklu għall-ħajja (arja li tidhol fiċ-ċirkolazzjoni tad-demem li tista' tkun serja jew ta' periklu għall-ħajja) seħħ b'mod rari ħafna bl-użu ta' tagħmir tal-isprej li juża regolaturi tal-pressjoni biex jingħataw sigillanti ta' fibrin. Dan jidher li hu assoċjat mal-użu tat-tagħmir tal-isprej fi pressjonijiet oġġla minn daww irakkomandati u/jew fi prossimità qrib ħafna tal-wiċċ tat-tessut. Ir-riskju jidher li hu oġġla meta sigillanti ta' fibrin jiġu sprejjati mal-arja, meta mqabbla ma' CO₂ u għalhekk ma jistax jiġi eskluż ma' [Product Name] meta sprejjat f'operazzjoni fuq ferita miftuħa.**
- **It-tagħmir tal-isprej u t-tarf tal-aċċessorju jipprovdu istruzzjonijiet għall-użu ma' rakkomandazzjonijiet għal meded ta' pressjoni u għad-distanzi tal-isprejjar mill-wiċċ tat-tessut.**
- **[PRODUCT NAME] għandu jingħata strettament skont l-istruzzjonijiet u biss bit-tagħmir irakkomandat għal dan il-prodott.**
- **Meta tisprejja [PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati għall-possibbiltà ta' okkorrenza ta' embolizmu tal-gass."**

3. Kif għandek tuża [PRODUCT NAME]

Din is-sezzjoni tal-Fuljett ta' Taghrif għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"L-użu ta' [PRODUCT NAME] hu ristrett għal kirurgi b'esperjenza li jkun għew imħarrġa fl-użu ta' [PRODUCT NAME]

Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni u distanza mit-tessut li jkunu fil-medda rakkomandata mill-manifattur kif ġej:

Pressjoni, distanza u tagħmir irrakkomandati għal applikazzjoni tal-isprej ta' [product name]					
Kirurgija	Sett tal-isprej li jrid jintuża	Truf tal-applikatur li jridu jintużaw	Regolatur tal-pressjoni li jrid jintuża	Distanza rakkomandata mit-tessut fil-mira	Pressjoni rakkomandata tal-isprej
Ferita miftuħa	Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss	n.a.	EasySpray	10-15cm	1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi).
	Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss 10 pakketti	n.a.	EasySpray		
Proċeduri laparoskopici/ minimament invażivi	n.a.	Applikatur Duplospray MIS 20 cm	Regolatur Duplospray MIS	2 – 5 cm	1.2-1.5 bar (18-22 psi)
			Regolatur Duplospray MIS NIST B11		
		Applikatur Duplospray MIS 30 cm	Regolatur Duplospray MIS		
			Regolatur Duplospray MIS NIST B11		
		Applikatur Duplospray MIS 40 cm	Regolatur Duplospray MIS		
			Regolatur Duplospray MIS NIST B11		
		Tarf li jista' jinbidel	Regolatur Duplospray MIS		
			Regolatur Duplospray MIS NIST B11		

Meta tisprejja l-[PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minhabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' emboliżmu tal-arja jew tal-gass (ara sezzjoni 2)."

Tissucol u ismijiet assoċjati

A. Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

It-tibdil li jmiss għandu jsir fl-SmPC ta' Tissucol u ismijiet assoċjati:

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Il-kitba li jmiss għandha tiżdied f'din is-sezzjoni:

"L-użu ta' [PRODUCT NAME] hu ristrett għal kirurgi b'esperjenza li jkunu ġew imħarrġa fl-użu ta' [PRODUCT NAME]."

4.2.2 Mod ta' kif u mnejn jingħata

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja:

"Sabiex tiżgura l-aħjar użu sigur ta' [PRODUCT NAME] permezz ta' applikazzjoni ta' sprej, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu segwiti:

F'operazzjoni ta' ferita miftuħa - għandu jintuża tagħmir b'regolatur tal-pressjoni li jforni pressjoni massima ta' mhux iktar minn 2.0 bar (28.5 psi).

Fi proċeduri laparoskopici/minimament invażivi - tagħmir b'regolatur tal-pressjoni li jforni pressjoni massima ta' mhux iktar minn 1.5 bar (22 psi) u juża biss gass tal-carbon dioxide għandu jintuża.

Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

[PRODUCT NAME] għandu jiġi rrikostitwit u jingħata biss skont l-istruzzjonijiet u bit-tagħmir irrakkomandat għal dan il-prodott (ara sezzjoni 6.6).

Għall-applikazzjoni tal-isprej, ara sezzjonijiet 4.4 u 6.6 għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar il-pressjoni u d-distanza meħtieġa mit-tessut skont il-proċedura kirurġika u t-tul tat-trufijiet tal-applikatur."

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"Applika [PRODUCT NAME] bħala saff irqiġ. Fxuna eċċessiva tal-embolu tista' tinterferixxi b'mod negattiv mal-effikaċja tal-prodott u mal-proċess ta' fejqan tal-ferita.

Embolizmu tal-arja jew tal-gass ta' periklu għall-ħajja/fatali seħħ bl-użu ta' tagħmir tal-isprej li juża regolatur tal-pressjoni biex jingħataw siġillanti ta' fibrin. Dan l-avveniment jidher li hu assoċjat mal-użu tat-tagħmir tal-isprej fi pressjonijiet ogħla minn daww irrakkomandati fi prossimità għib hafna tal-wiċċ tat-tessut. Ir-riskju jidher li hu ogħla meta siġillanti ta' fibrin jiġu sprejati mal-arja, meta mqabbla ma' CO₂ u għalhekk ma jistax jiġi eskluż ma' [Product Name] meta sprejati f'operazzjoni fuq ferita miftuħa.

Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni li tkun fil-medda tal-pressjoni rrakkomandata mill-manifattur tat-tagħmir tal-isprej (ara t-tabella f'sezzjoni 6.6 għal pressjonijiet u distanzi).

L-applikazzjoni ta' sprej ta' [PRODUCT NAME] għandha tintuża biss jekk ikun possibbli li tiqgħudika d-distanza tal-isprej b'mod preċiż kif irrakkomandat mill-manifattur. Tisprejjax eqreb mid-distanzi rrakkomandati.

Meta tisprejja [PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minħabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' embolizmu tal-arja jew tal-gass (ara wkoll sezzjoni 4.2)."

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Applikazzjoni tal-isprej

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni u distanza mit-tessut li jkunu fil-meded irrakkomandati mill-manifattur kif ġej:

Pressjoni, distanza u tagħmir irrakkomandati għal applikazzjoni tal-isprej ta' [product name]					
<i>Kirurgija</i>	<i>Sett tal-isprej li jrid jintuża</i>	<i>Truf tal-applikatur li jridu jintużaw</i>	<i>Regolatur tal-pressjoni li jrid jintuża</i>	<i>Distanza rakkomandata mit-tessut fil-mira</i>	<i>Pressjoni rakkomandata tal-isprej</i>
<i>Ferita miftuħa</i>	<i>Sett tal-Isprej Duploject</i>	<i>n.a.</i>	<i>Tissomat</i>	<i>10-15cm</i>	<i>1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi).</i>
	<i>Sett tal-Isprej Tisseel/Tissucol</i>	<i>n.a.</i>	<i>EasySpray</i>	<i>10-15cm</i>	<i>1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi).</i>
<i>Proċeduri laparoskopici/ minimament invażivi</i>	<i>n.a.</i>	<i>Applikatur Duplospray MIS 20 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>	<i>2 – 5 cm</i>	<i>1.2-1.5 bar (18-22 psi)</i>
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Applikatur Duplospray MIS 30 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Applikatur Duplospray MIS 40 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Tarf li jista' jinbidel</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		

Meta tisprejja l-[PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minhabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' emboliżmu tal-arja jew tal-qass (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4)."

B. Fuljett ta' Tagħrif

It-tibdil li jmiss għandu jsir fil-fuljett ta' tagħrif ta' Tissucol u ismijiet assoċjati:

2. Qabel ma tuża [PRODUCT NAME]

Oqgħod attent ħafna bi [PRODUCT NAME]

Din is-sezzjoni tal-Fuljett ta' Tagħrif għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

- ***"Embolizmu tal-arja jew tal-gass fatali/ta' periklu għall-ħajja (arja li tidhol fiċ-ċirkolazzjoni tad-demmi li tista' tkun serja jew ta' periklu għall-ħajja) seħħ b'mod rari hafna bl-użu ta' tagħmir tal-isprej li juża regolaturi tal-pressjoni biex jingħataw sigillanti ta' fibrin. Dan jidher li hu assoċjat mal-użu tat-tagħmir tal-isprej fi pressjonijiet oġġa minn dawg irrakkomandati u/jew fi prossimità qrib hafna tal-wiċċ tat-tessut. Ir-riskju jidher li hu oġġa meta sigillanti ta' fibrin jiġu sprejjati mal-arja, meta mqabbla ma' CO₂ u għalhekk ma jistax jiġi eskluż ma' [Product Name] meta sprejja f'operazzjoni fuq ferita miftuħa.***
- ***It-tagħmir tal-isprej u t-tarf tal-aċċessorju jipprovdu istruzzjonijiet għall-użu ma' rakkomandazzjonijiet għal meded ta' pressjoni u għad-distanzi tal-isprejjar mill-wiċċ tat-tessut.***
- ***[PRODUCT NAME] għandu jingħata strettament skont l-istruzzjonijiet u biss bit-tagħmir irrakkomandat għal dan il-prodott.***
- ***Meta tisprejja [PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demmi, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossigenu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati għall-possibbiltà ta' okkorrenza ta' embolizmu tal-gass.***

3. Kif għandek tuża [PRODUCT NAME]

Din is-sezzjoni tal-Fuljett ta' Tagħrif għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"L-użu ta' [PRODUCT NAME] hu ristrett għal kirurgi b'esperjenza li jkun għew imħarrġa fl-użu ta' [PRODUCT NAME]

Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni u distanza mit-tessut li jkunu fil-medda rakkomandata mill-manifattur kif ġej:

Pressjoni, distanza u tagħmir irrakkomandati għal applikazzjoni tal-isprej ta' [product name]					
<i>Kirurgija</i>	<i>Sett tal-isprej li jrid jintuża</i>	<i>Truf tal-applikatur li jridu jintużaw</i>	<i>Regolatur tal-pressjoni li jrid jintuża</i>	<i>Distanza rakkomandata mit-tessut fil-mira</i>	<i>Pressjoni rakkomandata tal-isprej</i>
<i>Ferita miftuħa</i>	<i>Sett tal-Isprej Duploject</i>	<i>n.a.</i>	<i>Tissomat</i>	<i>10-15cm</i>	<i>1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi).</i>
	<i>Sett tal-Isprej Tisseel/Tissucol</i>	<i>n.a.</i>	<i>EasySpray</i>	<i>10-15cm</i>	<i>1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi).</i>
<i>Proċeduri laparoskopici/ minimament invażivi</i>	<i>n.a.</i>	<i>Applikatur Duplospray MIS 20 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>	<i>2 – 5 cm</i>	<i>1.2-1.5 bar (18-22 psi)</i>
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Applikatur Duplospray MIS 30 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Applikatur Duplospray MIS 40 cm</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		
		<i>Tarf li jista' jinbidel</i>	<i>Regolatur Duplospray MIS</i>		
			<i>Regolatur Duplospray MIS NIST B11</i>		

Meta tisprejja l-[PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demm, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minhabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' emboliżmu tal-arja jew tal-gass (ara sezzjoni 2)."

Artiss u ismijiet assoċjati

A. Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

It-tibdil li jmiss għandu jsir fl-SmPC ta' Artiss:

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Din il-kitba:

"ARTISS hu intenzjonat għall-Użu fi Sptar Biss minn tobba u kirurgi b'esperjenza xierqa."

Għandha tiġi sostitwita minn:

"L-użu ta' [PRODUCT NAME] hu ristrett għal kirurgi b'esperjenza li jkunu ġew imħarrġa fl-użu ta' [PRODUCT NAME]."

4.2.2 Mod ta' kif u mnejn jingħata

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja:

"Għal użu għal taħt il-ġilda biss. [PRODUCT NAME] mhuwiex irrakkomandat għal operazzjoni laparoskopika.

Sabiex tiżgura l-aħjar użu sigur ta' [PRODUCT NAME], dan għandu jiġi sprejjet billi tuża tagħmir b'regolatur tal-pressjoni li jforni pressjoni massima ta' sa 2.0 bar (28.5 psi).

Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jehtieg li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

[PRODUCT NAME] għandu jiġi rrikostitwit u jingħata biss skont l-istruzzjonijiet u bit-tagħmir irrakkomandat għal dan il-prodott (ara sezzjoni 6.6).

Għall-applikazzjoni tal-isprej, ara sezzjonijiet 4.4 u 6.6 għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar il-pressjoni u d-distanza meħtieġa mit-tessut skont il-proċedura kirurgika u t-tul tat-trufijiet tal-applikatur."

4.4 Twissijiet speċjali u prekawżjonijiet għall-użu

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"Applika [PRODUCT NAME] bħala saff irqiq. Fxuna eċċessiva tal-embolu tista' tinterferixxi b'mod negattiv mal-effikaċja tal-prodott u mal-proċess ta' fejqan tal-ferita.

Embolizmu tal-arja jew tal-qass ta' periklu għall-ħajja seħħ bl-użu ta' tagħmir tal-isprej li juża regolatur tal-pressjoni biex jingħataw siġillanti ta' fibrin. Dan l-avveniment jidher li hu assoċjat mal-użu tat-tagħmir tal-isprej fi pressjonijiet oġġla minn dawk irrakkomandati u/jew fi prossimità qrib hafna tal-wiċċ tat-tessut. Ir-riskju jidher li hu oġġla meta siġillanti ta' fibrin jiġu sprejjeti mal-arja, meta mqabbla ma' CO₂ u għalhekk ma jistax jiġi eskluż ma' [PRODUCT NAME].

Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni li tkun fil-medda tal-pressjoni rrakkomandata mill-manifattur tat-tagħmir tal-isprej (ara t-tabella f'sezzjoni 6.6 għal pressjonijiet u distanzi).

L-applikazzjoni ta' sprej ta' [PRODUCT NAME] għandha tintuża biss jekk ikun possibbli li tiqgħudika d-distanza tal-isprej b'mod preċiż kif irrakkomandat mill-manifattur. Tisprejjax eqreb mid-distanzi rrakkomandati.

Meta tisprejja [PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossigenu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minħabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' embolizmu tal-arja jew tal-qass (ara wkoll sezzjoni 4.2)."

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Applikazzjoni tal-isprej

Din is-sezzjoni tal-SmPC għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni u distanza mit-tessut li jkunu fil-medet irrakkomandati mill-manifattur kif ġej:

Pressjoni, distanza u tagħmir irrakkomandati għal applikazzjoni tal-isprej ta' [product name]					
	Sett tal-isprej li jrid jintuża	Truf tal-applikatur li jridu jintużaw	Regolatur tal-pressjoni li jrid jintuża	Distanza rakkomandata mit-tessut fil-mira	Pressjoni rakkomandata tal-isprej
Operazzjoni fuq ferita miftuħa ta' tessut taħt il-ġilda	Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss	n.a.	EasySpray	10 – 15 cm	1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi)
	Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss 10 pakket ti	n.a.	EasySpray		

Meta tisprejja l-[PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minhabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' emboliżmu tal-arja jew tal-qass (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4)."

B. Fuljett ta' Tagħrif

It-tibdil li jmiss għandu jsir fil-fuljett ta' tagħrif ta' Artiss u ismijiet assoċjati:

2. Qabel ma tuża [PRODUCT NAME]

Oqgħod attent ħafna bi [PRODUCT NAME]

Din is-sezzjoni tal-Fuljett ta' Tagħrif għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

- **"[PRODUCT NAME] m'għandux jintuża f'operazzjoni laparoskopika (operazzjoni tat-tip keyhole).**
- **Emboliżmu tal-arja jew tal-qass fatali/ta' periklu għall-ħajja (arja li tidhol fiċ-ċirkolazzjoni tad-demem li tista' tkun serja jew ta' periklu għall-ħajja) seħħ b'mod rari ħafna bl-użu ta' tagħmir tal-isprej li juża regolaturi tal-pressjoni biex jingħataw sigillanti ta' fibrin. Dan jidher li hu assoċjat mal-użu tat-tagħmir tal-isprej fi pressjonijiet oġhla minn dawg irrakkomandati u/jew fi prossimità qrib ħafna tal-wiċċ tat-tessut. Ir-riskju jidher li hu oġhla meta sigillanti ta' fibrin jiġu sprejjati mal-arja, meta mqabbla ma' CO₂ u għalhekk ma jistax jiġi eskluż ma' [Product Name].**
- **Meta [PRODUCT NAME] jiġi applikat billi tuża tagħmir tal-isprej, il-pressjoni u d-distanza tal-isprej għandhom ikunu fil-medda rakkomandata mill-manifattur tat-tagħmir tal-isprej. [PRODUCT NAME] għandu jingħata strettament skont l-istruzzjonijiet u biss bit-tagħmir irrakkomandat għal dan il-prodott.**
- **Meta tisprejja [PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demem, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati għall-okkorrenza possibbli ta' emboliżmu tal-qass."**

3. Kif għandek tuża [PRODUCT NAME]

Din is-sezzjoni tal-Fuljett ta' Tagħrif għandha tinkludi l-kitba li ġejja, b'tipa grassa u b'sinjal taħtha fejn indikat:

"L-użu ta' [PRODUCT NAME] hu ristrett għal kirurgi b'esperjenza li jkunu gew imharrġa fl-użu ta' [PRODUCT NAME].

Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

Meta tapplika [PRODUCT NAME] billi tuża tagħmir tal-isprej, kun ċert li tuża pressjoni u distanza mit-tessut li jkunu fil-medda rakkomandata mill-manifattur kif ġej:

Pressjoni, distanza u tagħmir irrakkomandati għal applikazzjoni tal-isprej ta' [product name]					
	Sett tal-isprej li jrid jintuża	Truf tal-applikatur li jridu jintużaw	Regolatur tal-pressjoni li jrid jintuża	Distanza rakkomandata mit-tessut fil-mira	Pressjoni rakkomandata tal-isprej
Operazzjoni fuq ferita miftuħa ta' tessut taħt il-ġilda	Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss	n.a.	EasySpray	10 – 15 cm	1.5-2.0 bar (21.5-28.5 psi)
	Sett tal-Isprej Tisseel/Artiss 10 pakket ti	n.a.	EasySpray		

Meta tisprejja l-[PRODUCT NAME], it-tibdil fil-pressjoni tad-demm, il-polz, is-saturazzjoni tal-ossiġnu u l-end tidal CO₂ għandhom jiġu mmonitorjati minhabba l-possibbiltà tal-okkorrenza ta' emboliżmu tal-arja jew tal-gass (ara sezzjoni 2)."

Beriplast P (u ismijiet assoċjati)

A. Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

It-tibdil li jmiss għandu jsir fil-fuljett ta' tagħrif ta' Beriplast P u ismijiet assoċjati:

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Il-kitba li jmiss għandha tiddaħhal f'din is-sezzjoni:

"Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

[PRODUCT NAME] għandu jiġi rikostitwit u jingħata biss skont l-istruzzjonijiet u bit-tagħmir kif ipprovdut ma' dan il-prodott."

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Il-kitba li jmiss għandha tiddaħhal f'din is-sezzjoni:

"Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed)."

B. Fuljett ta' Tagħrif

It-tibdil li jmiss għandu jsir fil-fuljett ta' tagħrif ta' Beriplast P u ismijiet assoċjati:

3. Kif għandek tuża [PRODUCT NAME]

Il-kitba li jmiss għandha tiddaħhal f'din is-sezzjoni:

"Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

Il-prodott għandu jiġi rikostitwit u jingħata biss skont l-istruzzjonijiet u bit-tagħmir kif ipprovdut ma' dan il-prodott."

Informazzjoni għal professjonisti fil-qasam mediku

Il-kitba li jmiss għandha tiddaħhal f'din is-sezzjoni:

"Qabel ma tapplika [PRODUCT NAME], l-erja tas-superfiċje tal-ferita jeħtieġ li titnixxef permezz ta' proċeduri standard (eż. applikazzjoni intermittenti ta' kompressi, swabs, l-użu ta' tagħmir li jiġbed).

Il-prodott għandu jiġi rikostitwit u jingħata biss skont l-istruzzjonijiet u bit-tagħmir kif ipprovdut ma' dan il-prodott."